

# دستگاه فریزر آزمایشگاهی

## Freezer Laboratory



شرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآور  
با مسئولیت محدود

Model

گروه 102  
طبق جدول مدلها

Model

مطابق با استاندارد:

تولید

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲  
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸  
E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>

## کاربرد دستگاه فریزر آزمایشگاهی :

امروزه جهت رسیدن به سطح کیفی محصولات ، عمده ترین آزمونها ، تست مقاومت قطعات و مجموعه ها به برودت می باشد ، به این منظور بر آن شدیم تا فریزرهای آزمایشگاهی با درجه برودت ۲۵- و ۴۰- و ۶۰- و ۸۰- درجه سانتیگراد را با دقتی بالا طراحی و به بازار صنعت عرضه نمائیم .

### مشخصات فنی :

- ❖ تیپ : در مدل‌های رومیزی - ایستاده - صندوقی
- ❖ نمایشگر : دیجیتال با سنسور PT100
- ❖ دقت :  $\pm 1$  درجه سانتی گراد
- ❖ سیستم اخطار دهنده : بصورت صوتی و یا چراغ چشمک زن
- ❖ تایمر : ۹۹ ساعته جهت تنظیم زمان تست و پایان زمان تست
- ❖ سیستم برودت : کمپرسور و کلیه تجهیزات دانفوس آلمان یا مشابه
- ❖ بدنه داخلی : استیل یا ورق گالوانیزه و بدنه خارجی ورق با رنگ کوره ای
- ❖ عایق بندی : فوم تزریقی به ضخامت مورد نیاز

سیستم برودت	ابعاد داخلی W × D × H	میزان دما °C	ظرفیت Litr	شماره سفارش
یک کمپرسور	50×50×40	-25	100	102-1021
یک کمپرسور	60×50×50	-25	150	102-1521
یک کمپرسور	80×50×50	-25	200	102-2021
یک کمپرسور	50×50×40	-40	100	102-1041
یک کمپرسور	60×50×50	-40	150	102-1541
یک کمپرسور	80×50×50	-40	200	102-2041
دو کمپرسور	50×50×40	-60	100	102-1061
دو کمپرسور	60×50×50	-60	150	102-1561
دو کمپرسور	80×50×50	-60	200	102-2061
دو کمپرسور	50×50×40	-80	100	102-1081
دو کمپرسور	60×50×50	-80	150	102-1581
دو کمپرسور	80×50×50	-80	200	102-2081

• شماره سفارشهای فوق مدل ایستاده بوده ، عدد ۲ هر سفارش مدل صندوقی خواهد بود .

• با هر ظرفیت و هر برودت بنا به سفارش ساخته می شود .

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرم‌دشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲  
 تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸  
 E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>